

事務連絡
平成24年6月6日

社団法人 全国福祉用具専門相談員協会 御中

厚生労働省老健局振興課
経済産業省商務情報政策局ヘルスケア産業課医療・福祉機器産業室
経済産業省商務流通グループ製品安全課

医療・介護ベッド用サイドレール等のすき間に頭や首、手足などを
挟む事故等の未然防止のための安全点検について

標記について、別添のとおり各都道府県衛生主管・障害保健福祉主管・高齢者保健福祉主管及び介護保険主管課長宛てに、厚生労働省医政局総務課、社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室、障害福祉課、老健局高齢者支援課、振興課、老人保健課、経済産業省商務情報政策局ヘルスケア産業課医療・福祉機器産業室、商務流通グループ製品安全課連名の通知を発出したところです。


つきましては、同種の事故の発生防止を図る観点から、貴団体からも会員施設等に対し、あらためて周知徹底していただくとともに、医療・介護ベッドの使用状況やサイドレール等の過度なすき間の有無等の点検について、ご協力方よろしく願いいたします。

別添


医政総発0606第5号
障企自発0606第1号
障発0606第1号
老高発0606第1号
老振発0606第1号
老老発0606第1号
24製安第13号
平成24年6月6日

各 { 都道府県
指定都市
中核市 } { 衛生主管課(室)長
障害保健福祉主管課(室)長
高齢者保健福祉主管課(室)長
介護保険主管課(室)長 } 殿

厚生労働省医政局総務課




厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室長



厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課




厚生労働省老健局高齢者支援課



厚生労働省老健局振興課



厚生労働省老健局老人保健課





医療・介護ベッド用サイドレール等のすき間に頭や首、手足などを挟む事故等の未然防止のための安全点検について

医療・介護ベッド用サイドレールやベッド用手すりに関する事故防止のための適切な対応等の実施については、これまで「医療・介護ベッド用手すりのすき間に頭や首、手足などを挟む事故等に係る施設管理者への注意喚起の徹底について」（平成23年2月9日付厚生労働省医政局総務課、老健局高齢者支援課・振興課・老人保健課事務連絡）等によりお願いしているところです。

しかしながら、その後も医療・介護ベッド用サイドレール等に関連した死亡事故等が発生していることが明らかになっています。

事故を未然に防ぐには、医療・介護ベッドの不適切な使用状況やサイドレール等の過度なすき間の有無を確認し、適切な使用方法の徹底やすき間を埋める等の措置を講ずることや安全対策が強化された新JIS対応のベッドを使用していただくことが重要です。

つきましては、各都道府県・指定都市・中核市の衛生主管課（室）、障害保健福祉主管課（室）、高齢者保健福祉主管課（室）及び介護保険主管課（室）におかれては、同種の事故の発生を防止するため、関係部局や関係団体と連携し、管内市区町村、医療機関、障害者（児）施設及び事業者、高齢者施設及び福祉用具貸与事業者等に対し、あらためて施設や在宅における同製品の使用に当たっての注意喚起をするとともに、安全性の確保がなされるよう医療・介護ベッド安全普及協議会作成の「医療・介護ベッド安全点検チェック表」（別添1）を参考に点検していただくようお願いします。

また、医療・介護ベッド安全普及協議会より別添2のとおり注意喚起動画の作成に関するプレス発表や公益財団法人テクノエイド協会のホームページにヒヤリ・ハット事例を掲載していますので、こちらにつきましても、幅広く情報提供いただきますようお願いいたします。

なお、別途関係団体（別添3）に対し、点検に当たって協力依頼していることを申し添えます。

（参考）

注意喚起動画について（医療・介護ベッド安全普及協議会ホームページ）

<http://www.bed-anzen.org/>

ヒヤリハット事例について（公益財団法人テクノエイド協会ホームページ）

<http://www.techno-aids.or.jp/hiyari/>